

תל בר תעשיות למוסדות בריאות בע"מ



תאריך: 28.05.2025

מכרז פומבי מס' 1/25 - לייצור ואספקת מוצרי טקסטיל לחדרי ניתוח עבור מוסדות שירותי בריאות כללית

הודעה על צירוף תוספת מס' 2 למסמכי ההליך

1. בהמשך למכרז שבנדון ("המכרז") ולתוספת מספר 1 (הודעה בדבר דחיית מועדים), מצ"ב תוספת מס' 2 למסמכי המכרז, הכוללת שינויים, תוספות והבהרות למסמכי המכרז ("תוספת מס' 1").
2. תוספת מס' 2 מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ויש לצרפה למסמכי המכרז ולהגישה חתומה יחד עם בעת הגשת הצעתכם. במקרה של סתירה בין הקבוע בתוספת מס' 2 לבין מסמכי המכרז יגבר הקבוע בתוספת מס' 2.
3. למונחים בתוספת מס' 2 תהיה המשמעות שנקבעה להם במסמכי המכרז, למעט אם נקבע במפורש אחרת בתוספת מס' 2.
4. פרט לאמור בתוספת מס' 2 ובתוספת מספר 1 לא יחול כל שינוי במסמכי המכרז. מובהר במפורש, שכל בקשה שהופנתה לתל בר, ולא נענתה באופן מפורש במסגרת תוספת מס' 2, יש לראותה כבקשה שנדחתה.
5. בימים הקרובים תל-בר תפרסם נוסח מעודכן של מסמכי המכרז בו מוטמעים העדכונים והשינויים המפורטים בתוספת זו. הנוסח המועדכן יחליף את הנוסח הקודם ויחייב את המציעים לכל דבר ועניין.
6. תשומת לבכם כי המועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה חל ביום 20.7.2025 בשעה 12:00.

תל בר תעשיות למוסדות בריאות בע"מ

תל בר תעשיות למוסדות בריאות בע"מ



מכרז פומבי מס' 1/25 - לייצור ואספקת מוצרי טקסטיל לחדרי ניתוח עבור מוסדות שירותי

בריאות כללית

תוספת מס' 2

(שינויים, תוספות והבהרות)

מס"ד	פרק	סעיף	פרוט השאלה	תשובה
1.	כללי		במכרז לא מוזכר כי הפריטים נדרשים להיות רשומים בפנקס הציוד הרפואי (אישור אמ"ר). אנא הבהירו במידה ואכן נדרש אישור כאמור למוצרים נשואי המכרז.	לא נדרש אישור אמ"ר עבור המוצרים המוצעים.
2.	כללי		אנו זקוקים לדוגמאות פיזיות האם ניתן לקבל או לרכוש?	לא ניתן לקבל דוגמאות של המוצרים. דוגמאות אלו יוחזקו במשרדי תל בר בכתובת חיים לסקוב 5, עפולה. מציע שיהיה מעוניין בכך יוכל לקבל לידיו דוגמאות של הבדים . מובהר כי דוגמאות הבדים שימסרו ישמשו להכוונה בלבד ואין בהן כדי לחייב את תל בר, לרבות את כל מי מטעמה, בכל צורה שהיא או כדי להוות מצג כלשהו.
3.	כתב הזמנה	11.1	מה הכוונה ב"ספקי משנה למוסדות רפואיים"? חברתנו עוסקת בייבוא ושיווק של מוצרי טקסטיל ומשווקת את מוצריה גם באמצעות ספק משנה שלה שהיא חברת האם שלה (למוסדות ציבוריים דרך מכרזים). במבנה המתואר האם חברת הייבוא יכולה לגשת למכרז?	תנאי הסף צריך להתקיים <u>במציע</u> עצמו. מחזור המכירות יכול להתבסס על מכירות של המציע למוסדות ציבוריים ו/או לארגונים ממשלתיים באמצעות מכרז ו/או למוסדות רפואיים בארץ ו/או בעולם ו/או לספקי משנה למוסדות רפואיים כאמור [ספקי משנה למוסדות רפואיים הינם גופים אשר רכשו מהמציע את הטקסטיל עבור המוסדות הרפואיים ומכרו להם אותו].
4.	כתב הזמנה	11.1	נבקש להחריג את תנאי הסף למחזור מכירות שנתי ממכירת מוצרי טקסטיל למוסדות ולתעשייה בלבד ולא לקשר את מחזור המכירות לארגונים ציבוריים.	הבקשה נדחית. אין שינוי בנוסח הסעיף.
5.	כתב הזמנה	11.2	נדרש כי יצרן הבדים יצהיר על ניסיון באספקת בדים מהסוג הנדרש במכרז לבתי חולים. לא מצאנו דרישה דומה ליצרן \ תופר של הפריטים.	אין שינוי בנוסח הסעיף. בהתאם לסעיף הניסיון צריך להתקיים ביצרן הבדים בלבד.

תל בר תעשיות למוסדות בריאות בע"מ



6.	כתב הזמנה	11.4	נבקש לאשר הגשת דוחות מעבדה שבוצעו החל משנת 2019. השינוי האחרון בתקינה הרלוונטית שבוצע טרם צאת המכרז היה באמצע שנת 2019 (EN-13795-1) ומייד לאחריו נדרשו היצרנים לבצע בדיקות מחדש כדי לוודא התאמת הבדים לתקינה המעודכנת ולכן תאריכי הבדיקות הם מאמצע 2019 והלאה.	הבקשה מאושרת. ניתן להגיש אישורי מעבדה שניתנו החל משנת 2019.
7.	כתב הזמנה	12.2	לא ברור באיזה צבע נדרשים להיות הפריטים לדוגמא. אנה הבהרתכם	הבד של פריט מספר 1 בטבלה נדרש להיות בצבע כחול/צהוב, שאר הפריטים בטבלה (פריטים 2-9) צריכים להיות מבד בגווני ירוק (כפי שניתן לראות בתמונות המצורפות בנספח ב' מפרטי המוצרים). נוסח סעיף 12.2 יעודכן כך: " פריטים לדוגמא - על המציע לצרף 4 דוגמאות מכל אחד מהפריטים שלהלן לצורך ביצוע בדיקת איכות של הגורמים המקצועיים בתל בר. הבד של פריט לדוגמא מס' 1 יהיה כחול/צהוב והבד של שאר הפריטים לדוגמא (פריטים 2-9) יהיה בגווני ירוק".
8.	כתב הזמנה	46	על פי דרישת המכרז את הדוגמאות צריך להגיש יחד עם בדיקות המעבדה. בשל מספר הרב של הכביסות בדיקת המעבדה יקחו לכל הפחות 3 חודשים. לכן יש להוסיף את זמן ייצור הדוגמאות - סה"כ 4 חודשים. נבקש להאריך את הגשת הדוגמאות ל 4 חודשים.	הפניה שגויה. את הפריטים לדוגמא יש לצרף במועד הגשת ההצעה. יוער, כי אישור המעבדה הינו לכך שהבדים עומדים בהוראות התקנים המפורטים בנספח ב'. על המציע להגיש פריטים שטרם כובסו ובדיקות הכיבוס מבוצעות על ידי תל-בר.
9.	כתב הזמנה	46	בהגשת הדוגמאות האם צריך לרשום על הקרטון החיצוני סימן מכרז? שם המציע?	אין לכתוב על הקרטון החיצוני סימן מזהה. אופן הגשת הפריטים לדוגמא מפורט בסעיף 46 לכתב ההזמנה. יש להיצמד להוראות המכרז.
10.	נספח ב' – מפרט טכני של בדים	3-4	האם ניתן להציע בד למינט במבנה PU ובעל שתי שכבות: שכבה אחת סריג ושכבה שניה אריג?	הבקשה נדחית. לא ניתן להציע בד שונה מהנדרש.

תל בר תעשיות למוסדות בריאות בע"מ



11.	נספח ב' – מפרט טכני של בדים	4	המפרט דורש משקל של 175 גרם +/- 10. נבקש להציע אופציות נוספות של בדי למינט לחדר ניתוח, במשקלים שונים.	ניתן לספק בד למינט לחלוקי חדר ניתוח במשקל של 175 גרם למטר (+) 10 גר' למטר / (-) 35 גר' למטר. נוסח הסעיף יתוקן כך: "משקל עבור מ"ר: 175 גרם (+) 10 גרם / (-) 35 גרם עפ"י תקן ASTM-D 3776"
12.	נספח ב' – מפרט טכני של בדים	5	המפרט דורש בד במשקל 91 גרם +/- 5 גרם מבוקש לאשר בד מיקרופייבר גם במשקל שונה.	ניתן לספק בד מיקרופייבר עם פסי קרבון עבור בד לחלוקי חדר ניתוח במשקל של 91 גרם למטר (+) 20 גר' למטר / (-) 5 גר' למטר. נוסח הסעיף יתוקן כך: "משקל עבור מ"ר: 91 גרם (+) 20 גרם / (-) 5 גרם, עפ"י תקן ASTM-D 3776"
13.	נספח ב' – מפרט טכני של בדים	6	המפרט דורש משקל בד למ"ר של 128 גרם +/- 10 גרם. האם ניתן להציע בד חלופי גבוה יותר?	ניתן לספק בד מיקרופייבר עם פסי קרבון עבור כיסויים ופריטים נוספים במשקל של 128 גרם למטר (+) 20 גר' למטר / (-) 10 גר' למטר. נוסח הסעיף יתוקן כך: "משקל עבור מ"ר: 128 גרם (+) 20 גרם / (-) 10 גרם עפ"י תקן ASTM-D 3776"
14.	נספח ב' – מפרט טכני של בדים	5,6	האם המשקל למ"ר כולל את הלמינציה או הטיפול למניעת חדירת מים?	המשקל למ"ר כולל את הלמינציה / הטיפול למניעת חדירת מים.
15.	נספח ב' – מפרט טכני של בדים	5,6	מאיזו מעבדה ניתן להפיק דוח להרכב הבד לפי תקן AATCC20/ATSM? המעבדות שפנינו אליהן אינן מבצעות בדיקה זו.	ניתן לבצע את בדיקות ההרכב בכל מעבדה (בארה"ב או באירופה בלבד) בעלת תקן הסמכת מעבדות ISO17025 בתוקף במועד הפקת הדו"ח, בכפוף לאישורה מראש ע"י תל-בר בהתאם לדרישות המכרז. כמו כן, בנוסף לתקנים המפורטים ניתן להשתמש בכל תקן מקביל אירופאי אשר מנתח את הרכב הבד, דוגמת: EN ISO 1833 או BS4407.

תל בר תעשיות למוסדות בריאות בע"מ



16.	נספח ב' - המפרט הטכני של הבדים	3,4,5,6	לא מצוין בדרישות כי תוצאות בדיקות המעבדה צריכות להיות מבוצעות על בדים שעברו לפחות 70 מחזורי כביסה.	אין שינוי בנוסח הסעיף.
17.	נספח ב' - רשימת התקנים	4,3	האם אפשר להציג דו"חות של מעבדות נוספות שאינן ברשימה, אך מאושרות תקן ISO 17025 כפי שציינתם במכרז? מצ"ב דוגמה לאישור מעבדה לפי התקן.	המעבדה שצורפה אומנם בעלת תקן ISO 17205, אך אינה מעבדה מאירופה או מארה"ב- ומשכך אינה מאושרת. בהתאם להוראות המכרז ניתן להגיש אישור ממעבדה מוכרת אחרת (בארה"ב או באירופה בלבד) אשר אינה אחת מארבעת המעבדות המצוינות במכרז, ובלבד שמדובר במעבדה המאושרת תקן ISO 17205, והכל בכפוף לקבלת אישור מראש מתל-בר כמפורט במכרז. מציע אשר יהיה מעוניין לבדוק האם מעבדה מסויימת מאושרת יוכל לפנות לתל-בר באופן פרטי לצורך קבלת אישור למעבדה.
18.	נספח ב' - רשימת התקנים	4,3	האם אפשר להגיש בדיקת לחץ הידרוסטטית בבדי טקסטיל לפי EN ISO 811? תקן EN 20811 שונה EN ISO 811 - טקסטיל - קביעת עמידות בפני חדירת מים - שיטת בדיקת לחץ הידרוסטטית.	בשל שינוי התקן לאחרונה (15.4.25) בדיקה שבוצעה עד למועד זה יש להגיש עפ"י תקן EN ISO 20811. עבור בדיקה שבוצעה לאחר מועד זה יש להגיש עפ"י תקן EN ISO 811.
19.	נספח ב' - רשימת התקנים	4,3	נבקש לצרף בזמן הגשת ההצעות רק את בדיקת ISO10993-5 בדיקת ציטוטוקסיות, ללא בדיקת גירוי או תגובה תת עורית לפי ISO 10993-10, וזאת מאחר שמדובר בבדיקה שעלותה גבוהה מאוד. בעת הזכיה נבצע את כל הבדיקות הדרושות במכרז.	הפניה שגויה. ככל שהכוונה היא לתקנים המופיעים בסעיפים 1+2 - אין שינוי בנוסח הסעיפים. יש לבצע את כל הבדיקות הנדרשות.
20.	נספח ב' - רשימת התקנים	6	האישורים הקיימים למוצרנו הם של מעבדת AITEX המוכרת בכול אירופה ובעולם. מבקשים להוסיף גם את המעבדה AITEX למעבדות המאושרות.	לצורך בחינת המעבדה על המציע להגיש לתל-בר אישור על הסמכת המעבדה בתקן ISO 17025 בתוקף במועד הפקת הדו"ח. מובהר ומודגש, כי הקביעה הסופית ביחס לשאלה האם מעבדה כלשהי מאושרת לצורך מתן האישורים הנדרשים, תיעשה על ידי תל בר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

תל בר תעשיות למוסדות בריאות בע"מ



21.	נספח ב' – רשימת התקנים	7	תקן EN13795 בשורה מספר 3 -לא ברור לאיזה סוג של ערך התכוונתם? נבקש הבהרה.	הפניה שונה בשאלה ובמספר הסעיף המצויין. ביחס לסעיף 7 ברשימת התקנים - אין שינוי בנוסח הסעיף. ביחס לסעיף 3 ברשימת התקנים - הגדרת התוצאה הנדרשת עבור התקן תוחלף מ: "תוצאה מספרית על פי התקן" ל- "עובר". כלומר- אין ערך מסויים אשר הבד צריך לעמוד בו. יש לספק אישור המעיד על כך שהבד עומד בתקן הנדרש.
22.	נספח ב' – מפרטים למוצרים	מפרט 1 - "חלוק מבקרים כחול צהוב"	לא מצוין התקן הנדרש לבדים או לפחות רמת עמידות הבד בחדירות לנוזלים.	אין צורך בתקן.
23.	נספח ב' - מפרטים למוצרים	מפרט 2 - "חלוק חדר ניתוח למינט"	לא מוזכר סרט איטום לשרוולים. מיותר לציין כי מדובר בפרט חיוני לצורך עמידת החלוק בתקנים ולצורך השימוש שלו בחדרי ניתוח.	הבקשה מקובלת. מפרט מס' 2 (חלוק חדר ניתוח למינט) יתוקן וסרט האיטום יתווסף אליו.
24.	נספח ד'		האם המציע חייב להגיש הצעת מחיר לכל 5 הקבוצות?	על כל מציע להגיש הצעת מחיר עבור כל אחד מהמוצרים וחומרי העזר השונים המפורטים בנספח הצעת המחיר (כלומר יש להגיש הצעת מחיר לכל פריט בכל אחת מחמשת הקבוצות).
25.	נספח ד'		האם אפשר להוציא דוח הצעת מחיר ברור וגדול יותר? הטבלה הנוכחית מאוד קטנה כדי לרשום בה את המחירים בצורה נוחה.	הבקשה מקובלת. מצ"ב טבלת הצעת המחיר מוגדלת.
26.	נספח ו'	5.7.1	הזמנות שוטפות יסופקו תוך 60 יום, נבקש לשנות את ההזמנה הראשונה ל 90 יום.	הבקשה מקובלת. נוסח סעיף 5.7.1 יעודכן כך: "הזמנות שוטפות יסופקו בתוך 60 (שישים) ימים ממועד קבלת ההזמנה, אלא אם כן צוין אחרת בגוף ההזמנה. על אף האמור לעיל, ההזמנה השוטפת הראשונה תסופק בתוך 90 (תשעים) ימים ממועד קבלת ההזמנה".

תל בר תעשיות למוסדות בריאות בע"מ



27. הבקשה מקובלת. סעיף 9.3 (2) להסכם ההתקשרות יעודכן כך: "התמורה תעודכן מדי 6 חודשים (החל מהחודש ה-13 ליום חתימת ההסכם) בשיעור השווה לשינוי שיחול, אם וככל שיחול, במדדים הרלוונטיים ביחס למדד הידוע ביום חתימת ההסכם בהתאם לנוסחה כמפורט להלן: $X = 0.5A + 0.5B$ X - שיעור העדכון. A - מדד המחירים לצרכן (כפי שמתפרסם על ידי הלמ"ס). B - השער היציג של האירו. כלומר- 50% מהתמורה יוצמד למדד המחירים לצרכן כפי שמתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או מי שיוסמך על ידי ממשלת ישראל להחליפה ו-50% מהתמורה יוצמדו לשער האירו (להלן יחדיו: "המדדים")."	במכרז נקבע מנגנון של הצמדה למדד המחירים והדולר של ארה"ב. נבקש לבחון החלפה של הדולר ביורו או שילוב של יורו בנוסחה. הבקשה נובעת מהעובדה שיצרני הבדים המובילים ממוקמים באירופה ועובדים ביורו.	9	נספח ו' – הסכם התקשרות	27.
28. הבקשה מקובלת. נוסח הסעיף יתוקן כך: _____ (hereinafter: the "Bidder") is an authorized distributor of our company, and is authorized to distribut the fabrics detailed below: microfiber fabric and/or laminate fabric [please circle the type of fabrics the supplier is authorized to supply]." מצ"ב נוסח מתוקן של הנספח.	הסעיף דורש לכאורה שהמשתתף במכרז יצהר כספק של יצרן הבדים במקום לקוח או נציג מורשה. נבקש לתקן את הניסוח.	2	נספח ט"ו- הצהרת יצרן הבדים	28.
אין שינוי בנוסח הסעיף. יש להצהיר רק על מה שנדרש במסגרת הנספח.	היצרן נדרש להצהיר תקופת ניסיון עם זאת אין כל דרישה לכמות או סכום מינימלי של מכירות בתקופה (בדומה למשל לדרישה ממשתתפי המכרז).	4	נספח ט"ו – הצהרת יצרן הבדים	29.

תל בר תעשיות למוסדות בריאות בע"מ



הצהרת המציע

אני הח"מ מצהיר ומאשר בזאת כדלקמן :

1. קראתי והבנתי את האמור במכתב הבהרה זה על כל צרופותיו ואני מסכים לכל האמור בו.
2. קראתי בעיון רב את מסמכי הפנייה על נספחיהם וצרופותיהם, לרבות מכתב הבהרה זה, הבנתי את תוכנם, משמעותם והשלכותיהם, והגשתי את הצעתי לאחר שהבנתי והסכמתי לקבוע בהם והצעתי כוללת התחשבות בכל מסמכי הפנייה, לרבות האמור במכתב הבהרה זה.

חתימת המציע

תאריך

תל בר תעשיות למוסדות בריאות בע"מ



מפרט מס' 2 - מעודכן

חלוק חדר ניתוח למינט

מק"ט מידה 1006736SC M
מק"ט מידה 1006735SC L
מק"ט מידה 1002454SC XL
מק"ט מידה 1002343SC 2XL
מק"ט מידה 1002455SC 5XL

1. כללי:
 - 1.1 חלוק חדר ניתוח עשוי שילוב של למינט ומיקרופייבר.
 - 1.2 בשולי השרוולים ייתפרו חפתי מסריג אלסטי בגוון ירוק זהה לגוון המיקרופייבר, הסריג עשוי ממיקרופייבר רך השומר על צורתו לאורך זמן (ללא עיוותים, התרחבות או סלסולים בקצה).
2. מידות:

M, L, XL, 2XL, 5XL
3. מבנה:
 - 3.1 חלוק בו החלקים הקדמיים החשופים לנוזלים עשויים למינט ויתרת החלקים מיקרופייבר. ראה חלוקה בהתאם לשרטוט.
 - 3.2 שני השרוכים לקשירה הפנימית עשויים שרוך ארוג נקי באריגת "הרינגבון".
 - 3.3 שרוכי הקשירה חיצונית עשויים אפרט מבד מיקרופייבר ללא קרבון בגוון הבד.
4. תפירה:
 - 4.1 חיבור החלקים באמצעות תפר צרפתי, נקי בשני צידי הבד, ללא קצוות פרומים, תפר עליון ותחתון דו מחט.
 - 4.2 בשני השרוולים- התפר מבית השחי עד לחפת, בחלק התחתון של השרוול תפר החיבור של בד הלמינט לעצמו יחופה וייאטם באמצעות סרט הלחמה ייעודי למניעת חדירת נוזלים דרך תפר זה. רוחב סרט האיטום - כ 3 ס"מ.
 - 4.3 לחצניות לסגירת פתח הצוואר בגב- ארבע זכר ושתיים נקבה. מרחק בין מרכז לחצנית למרכז לחצנית 2.5 ס"מ
5. צבעי אפרט בעיבוד הצוואר לסימון מידה:
 - 5.1 תכלת M
 - 5.2 ירוק L
 - 5.3 לבן XL
 - 5.4 צהוב 2XL
 - 5.5 אדום 5XL

תל בר תעשיות למוסדות בריאות בע"מ



6. תווית:

6.1 תווית תל בר עם שוליים נקיים וללא קצוות גלויים תתפר בצד הפנימי למטה, במרחק 7.5 ס"מ מקצה הפינה, בתפר במרחק 1-2 מ"מ מהקצה.


7. מידות:

טורנס	מידה					תיאור	פרמטר
	5XL	2XL	XL	L	M		
1+	69	60	57	56	54	רוחב למינט למטה	1
1+	144	143	142	141	140	אורך HPS	2
1+	86	84	82	79	75	היקף צוואר (פתוח)	3
1+	115	115	115	115	115	אורך מגסקה למכפלת	4
1+	23	22	22	21	21	גסקה בקדמי	5
1+	67	66	65	64	62	אורך תפר פנים שרוול	6
1+	54	52	50	49	48	אורך שרוול חלק עליון	7
1+	41	41	41	41	41	אורך שרוול חלק תחתון	8
1+	10	10	10	10	10	גובה חפת	9
1+	12	11	10	9	8	פתח חפת	10
1+	185	173	165	162	152	היקף מכפלת	11

תל בר תעשיות למוסדות בריאות בע"מ



12	אורך של שרוך קשירה	46	46	46	46	46	1+
13	רוחב צד שמאל בגב- בקו מותן	57	49	45	42	38	1+
14	רוחב צד ימין בגב- בקו מותן	74	67.5	63	60	56	1+
15	מיקום מותן- שרוכים	81	81	81	81	81	1+



תל בר תעשיות למוסדות בריאות בע"מ



נספח טו' - נוסח מעודכן

Manufacturer's Declaration

Date: _____

To

Tel Bar Healthcare Industries Ltd.

Dear Sir/Madam,

We, the undersigned _____ Corporate ID Number _____
(hereinafter: the "**Manufacturer**"), hereby declares and confirms as follows:

1. I/We, authorized signatories of the Manufacturer, am/are authorized on its behalf to commit and provide this declaration as part of the proposal of _____ Corporate ID Number _____ (**the "Bidder"**), within the framework of Tender No. 1/25 for the production and supply of textile products for operating rooms for Clalit Health Services institutions (hereinafter: the "**Tender**").
2. _____ (hereinafter: the "**Bidder**") is an authorized distributor of our company, and is authorized to distribute the fabrics detailed below: microfiber fabric and/or laminate fabric [**please circle the type of fabrics the supplier is authorized to supply**].
3. We undertake to provide the Bidder with the fabrics specified above for the purpose of supplying the services subject to the Tender by the Bidder, provided the Bidder wins.
4. We have experience in manufacturing the fabrics specified in section 2 above, which are used, among other things, for the production of medical textile products for hospitals and/or subcontractors to hospitals during the 36 months preceding the deadline for submission of bids [06/07/2025].

Signature and Stamp of the Manufacturer

Certification

I hereby confirm that on the day of _____ appeared before me, Attorney _____ (License No. _____), Mr./Ms. _____, holder of ID No. _____ / known to me personally, who is authorized to sign on behalf of the corporation, and after I warned him/her that he/she must declare the truth and that if he/she does not do so, he/she will be subject to the penalties prescribed by law, he/she confirmed the accuracy of the above declaration and signed it.

Attorney's Name and Signature _____ **Date** _____

שם המציע: _____ חתימת וחותמת המציע: _____

תל בר תעשיות למוסדות בריאות בע"מ



נספח ד'

הצעת המחיר - טבלה מוגדלת

מס"ד	תאור קבוצה	מק"ט	תאור מוצר	יח' באריזה	כמות שנתית מוערכת	יח' מידה	מחיר
1	חלוק מבקרים	100-7567-SN	חלוק מבקרים כחול/צהוב מיקרופייבר	50	1,200	יח'	
2	חלוק חדר ניתוח	1006736-SC	חלוק חדר ניתוח למינט מידה M	25	700	יח'	
		1006735-SC	חלוק חדר ניתוח למינט מידה L	25	5,000	יח'	
		1002454-SC	חלוק חדר ניתוח למינט מידה XL	25	4,250	יח'	
		1002343-SC	חלוק חדר ניתוח למינט מידה XXL	25	2,000	יח'	
		1002455-SC	חלוק חדר ניתוח למינט מידה 5XL	25	50	יח'	
3	כיסויים	1003981-SC	כיסוי צד ארוך למינט	25	100	יח'	
		1004205-SC	כיסוי מסך למינט	25	100	יח'	
		1004262-SC	כיסוי עין למינט	50	200	יח'	
		1004785-SC	כיסוי שולחן אחורי ניתוח חזה למינט	20	200	יח'	
		1003983-SC	כיסוי שולחן ארוך למינט	25	300	יח'	
		1004263-SC	כיסוי אפידורל למינט	100	600	יח'	
		1004737-SC	כיסוי מיטה למינט חדר ניתוח	20	1,000	יח'	
		1003987-SC	כיסוי רגל למינט	25	1,250	יח'	
		1006726-SC	כיסוי אילמת גדולה למינט	25	3,000	יח'	
		1006716-SC	כיסוי עליון למינט	20	3,500	יח'	
		1006725-SC	כיסוי תחתון למינט	20	3,500	יח'	
		1006723-SC	כיסוי שולחן אחורי למינט	20	4,250	יח'	

תל בר תעשיות למוסדות בריאות בע"מ



מס"ד	תאור קבוצה	מק"ט	תאור מוצר	יח' באריזה	כמות שנתית מוערכת	יח' מידה	מחיר
4	פריטים שונים	1004735-SC	אילמת קטנה למינט	50	100	יח'	
		1006714-SC	סדין U קצר למינט	20	100	יח'	
		1006719-SC	סדין U ארוך למינט	20	350	יח'	
		1004216-SC	סדין אורטופדי מפרק ברך למינט	10	200	יח'	
		1006750-SC	פאוץ ללפרוסקופי למינט	100	900	יח'	
		1006072-SC	סדין לכיסוי סטרילי למינט	50	1,400	יח'	
		1006715-SC	פאוץ לדיאטרמיה למינט	300	5,000	יח'	
		1006989-SC	חיתול למינט	40	12,000	יח'	
5	פריטים נלווים	1000030860	שרוך חיצוני/ מיקרופיבר עבור לחלוק למינט - אורך 48 ס"מ		3,000	יח'	
		10022094018	מדבקת חום קומבו- בד סופג 2X2 ס"מ		3	יח'	
		10022094020	מדבקת חום קומבו - בד סופג מלבני 5X2 ס"מ		4	יח'	
		10022095018	מדבקת חום קומבו- מיקרופיבר 2X2 ס"מ		3	יח'	
		10022095019	מדבקת חום קומבו- מיקרופיבר עגול		6	יח'	
		10022095020	מדבקת חום קומבו- מיקרופיבר מלבני 5X2 ס"מ		7	יח'	
		15430090	מנג'ט עבור מעילי ח.בגליל במשקל 1 ק"ג צבע ירוק		40	ק"ג	
		3003273	סרט הדבקה רחב עבור מעיל COMBO 32 מ"מ לתיקונים (גליל=90 מטר)		50	גליל	